

Tubo BD Vacutainer® para Uroanálisis - Con preservante

Soluciones para recolección de orina



Características

- Tubo para recolección y preservación de muestras de orina con el sistema **BD Vacutainer®**.
- Tubo estéril con preservante (Clorhexidina, Etil parabeno y Propionato de Sodio) que permite mantener la integridad de la muestra hasta 72 hrs, a temperatura ambiente.
- Rango de volumen de llenado entre 7 ml y 8 ml para mantener una correcta relación entre muestra y aditivo.
- Material de plástico estéril de Politereftalato de etileno (PET) y paredes internas siliconizadas con fondo cónico.
- Producto esterilizado con radiación gamma y libre de látex.
- Tapón hermético convencional. (Color: Amarillo/Rojo).
- Compatible con equipamientos para análisis microscópico de sedimentos y con los autoanalizadores del mercado.



Datos comerciales

- Certificación ISO 13485.
- Libre venta.
- Libre de látex.



Códigos disponibles

Código	Volumen	Tamaño	Envase/Color	Presentación
364992	8 ml.	16 x 100 mm.		100

Becton Dickinson. (2020, septiembre). Sistema de extracción de sangre al vacío BD Vacutainer®. New Jersey, USA. Retrieved from <https://eifu.bd.com/#modal-x1462602>

Consultar disponibilidad en su región.

BD Chile Av. Andrés Bello 2325 - 15° Piso, Tel: (+56 2) 2482 7800, Providencia, Santiago, Chile. sac_chile@bd.com

2022. A reserva de otra nota, BD, BD Logo y todas las marcas aquí mencionadas son propiedad de Becton, Dickinson and Company